



BAYEUX, 11 DE AGOSTO DE 2025.

OFICIO Nº28 - 2025 – DIREÇÃO GERAL – HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX.

Á.

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

ASSUNTO: RESPOSTA DE AJUSTE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

Cumprimentamos cordialmente, venho por meio deste, esclarecer referente ao item 15-CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA TIPO FAWLER ELÉTRICA- **SERÃO ACEITO pelo Hospital materno infantil de Bayeux**, as medidas ofertada pelo mercado conforme as seguintes medidas: Externo 2,19 x 1,03m- C x L) (Interno 1,88 x 0,88m- C x L) (altura min. e max.0,40 a 0,76m como também **SERÃO ACEITO** O item 14- CAMA de parto PPP sendo o complemento para os pés retráteis.

Agradeço desde já.

Mara Fernanda Barros Pereira
Diretora do Hospital Materno Infantil