

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FEITO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021 - PMBEX / PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00017/2021 - PMBEX

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19 DE MARÇO DE 2021, ÀS 08:30 HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX

REQUERENTE: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 05.343.029/0001-90.

DOS QUESTIONAMENTOS:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:

1. ITEM 12

O descritivo exige agulha para caneta de insulina 5MM X 0,23MM.

Pergunta-se:

A- Para fins de isonomia entre as licitantes, poderão ser ofertadas agulhas 5MM X 0,25MM?

B- Quais as vantagens que as agulhas 0,23 MM poderão trazer e que as agulhas 0,25MM não oferecem?

C- Favor esclarecer se são 40 UNIDADES ou 40 CAIXAS.

2. ITEM 176

Pergunta-se:

A lanceta descrita nesse item é do tipo SIMPLES ou RETRÁTIL?

3. ITEM 307

O edital informa que a licitante vencedora deverá fornecer 500 aparelhos em COMODATO.

Ocorre que, pela prática de mercado, as licitantes fornecem 1 aparelho para cada 1.000 tiras adquiridas no certame.

*Por óbvio que a proporção monitores/tiras não chega a ser um impedimento à participação das licitantes, entretanto, a exigência da **quantidade excessiva de monitores certamente ensejará o aumento do valor de contrato**, na medida em que as licitantes tenderão a compensar a quantidade excessiva de monitores no valor da proposta.*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Daí a importância de a Administração avaliar a correta quantidade de monitores para obter uma proposta de preços realmente vantajosa.

Então, pergunta-se:

A- As licitantes poderão considerar a proporção utilizada pela prática de mercado?

B- O custo dos monitores exigidos compensa o aumento do valor do contrato?

C- Essa quantidade excessiva de monitores poderá ser justificada caso haja eventual fiscalização?

DOS ESCLARECIMENTOS:

Considerando o questionamento feito pela empresa requerente na solicitação de esclarecimentos, e após consulta ao setor técnico da Secretaria demandante, vimos apresentar RESPOSTA:

RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:

ITEM 12: R: *“As agulhas podem ser tanto 0,23mm ou 0,25mm, pois não causam nenhum dano para o usuário. São um total de 40 caixas, inclusive está no descritivo do item, que será caixa com 100 unidades”.*

ITEM 176: R: *“As lancetas são do tipo retrátil, atendendo a NR32 do Ministério do Trabalho.”*

ITEM 307: R: Em atendimento sempre à melhor proposta para a Administração, com base nos princípios administrativos, o presente item não será considerado para fins de disputa na fase de lances, assim sendo, fica cancelado nos termos da manifestação da responsável técnica pela Divisão de Assistência Farmacêutica, sra Raquel Lacerda Brasileiro Luckwü: *“Vamos excluir do pregão, e fazer um termo de referência só com fitas e glicosímetros, haja vista o quantitativo de aparelhos necessários para o município ser maior do que as empresas doam em forma de comodato”.*

Atenciosamente,

Bayeux-PB, 16 de Março de 2021.



EMANOEL DA SILVA ALVES
Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

MEMO N° 07/2021 SMS-DAF


Bayeux /PB, 16 de Março de 2021.

Ao Setor Licitação

Em menção aos esclarecimentos solicitados pelo setor de licitação, ora questionado sobre os itens n° 12, n° 176 e 307 do Pregão eletrônico N°05/2021, informo a V.S.^a que seguem os esclarecimentos na tabela abaixo:

ITEM	OBSERVAÇÃO
N° 12	As agulhas podem ser tanto 0.23mm ou 0.25mm, não causa nenhum dano para o usuário. São um total de 40 caixas, inclusive está no descritivo do item, que é caixa com 100 unidades.
N° 176	As lancetas são do tipo retrátil, atendendo as NR32 do Ministério do Trabalho.
N° 307	Vamos excluir do pregão, e fazer um termo de referencia só com fitas e glicosímetros, haja vista, o quantitativo de aparelhos necessários pra o município ser maior do que as empresas doam em forma de comodata.

Atenciosamente,


Raquel Lacerda Brasileiro Luckwú – CRF 2653
Divisão de Assistência Farmacêutica

ESCLARECIMENTO - ATESTADO - DATA 19/03/2021 AS 8H30 - PREFEITURA DE BAYEUX/PB - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00005/2021-FMS-PMBEX

LICITAÇÃO PMBEX <licitacaobayeux@gmail.com>

16 de março de 2021 15:26

Para: Mariana Neves <mariana.neves@medleensohn.com.br>

Prezados

Recebido o pedido de esclarecimentos pela MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 05.343.029/0001-90, ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021 – PMBEX, que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX e passada a análise do referido pedido, o Presidente da CPL - PMBEX, juntamente com seus Membros, e após consulta ao setor técnico da Secretaria demandante, passa ao mérito a respectiva resposta, conforme consta os atos em anexo.

Att

Email CPL: licitacaobayeux@gmail.comPortal da Transparência: <https://www.bayeux.pb.gov.br/licitacoespmby/>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



016 - PREGÃO ELETRÔNICO - RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -.pdf
763K